

Firmware:

Web-Termo-Higrobarógrafo

Tipo 57612

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.07.2020	<ul style="list-style-type: none">Los nuevos estándares de seguridad más estrictos (TLS1.2) son incompatibles con este soporte físico, por lo que se ha desactivado la transmisión codificada a la nube a fin de mantener el funcionamiento.	1.92 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)