

Firmware:

Termometro web 8x

Tipo 57778

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
04.05.2022	<ul style="list-style-type: none">• Novità: Configurare compensazione del valore di misurazione con max. 10 punti di correzione per sensore per file JSON.• Aggiornamento firmware - possibile introduzione attraverso button nell'interfaccia	1.57 Download ZIP

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)